



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag



Verzonden per e-mail met leesbevestiging

Datum 10 november 2023
Betreft Mogelijke onjuiste certificaten Eurofins Analytico B.V.

ILT

Veiligheid en Instellingen
Publieke instellingen
Infrastructuur

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon



Ons kenmerk

-

Bijlage(n)

Overzicht Blbi-meldingen

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 juni 2023 is uit een onderzoek bij Eurofins Analytico B.V. naar voren gekomen dat door een foutieve berekening te lage waarden zijn gerapporteerd voor sommige PFAS. De foutieve berekening is door Eurofins Analytico B.V. op 1 juli 2023 hersteld.

Certificaten die in de periode van 27 september 2022 tot en met 30 juni 2023 door Eurofins Analytico B.V. zijn verstrekt, geven een onjuiste waarde voor sommige PFAS. De vijf PFAS-parameters waar het om gaat zijn C04:PFBA, C07:PFHpA, C10:PFDS, MeFOSAA en EtFOSAA. Mogelijk heeft u deze analysecertificaten verwerkt in een (water)bodemonderzoek. U mag dit (water)bodemonderzoek niet meer gebruiken als milieuhygiënische verklaring. Met deze brief vraag ik u deze fout te herstellen. In deze brief leest u waarom, welke en hoe u deze informatie moet aanleveren.

Waarom hebben een nieuw milieuhygiënische verklaring van u nodig?

Uit onze administratie is gebleken dat u in de periode van 27 september 2022 tot heden één of meerdere meldingen in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna Blbi) bij ons heeft ingediend. Voorafgaand aan het uitvoeren van de ontgravings- en/of baggerwerkzaamheden heeft u een (water)bodemonderzoek laten uitvoeren. Deze monsters zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium Eurofins Analytico B.V.. Omdat de afgegeven certificaten onjuiste informatie bevat mag u deze certificaten niet gebruiken. Het kan zijn dat de grond en/of bagger van slechtere kwaliteit is dan eerst gedacht. Het (water)bodemonderzoek kan daardoor niet meer als milieuhygiënische verklaring (hierna MHV) dienen. De door u ingediende Blbi-meldingen zijn hierdoor niet meer juist. Door de gewijzigde kwaliteit van grond en/of bagger moet mogelijk een werkplan bij de Blbi-melding worden toegevoegd.

In de bijlage vindt u een overzicht om welke Blbi-meldingen het gaat.

Welke mogelijke situaties zijn voor u van toepassing?

Het gebruiken van (water)bodemonderzoeken met foutieve analysecertificaten kan gevolgen voor u hebben. Hieronder vindt u de situaties die mogelijk op u van toepassing zijn.

ILT
Veiligheid en Instituties
Publieke instellingen
Infrastructuur

Situatie 1: Gemeld maar niet gestart met werkzaamheden

U heeft bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) een Blbi-melding ingediend voor het lozen vanwege ontgravingen of baggerwerkzaamheden (artikel 3.17 Blbi). In het (water)bodemonderzoek zit een certificaat van Eurofins Analytico B.V. uit bovengenoemde periode. U heeft de werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

Datum
10 november 2023

Ons kenmerk
-

Op dit moment is de MHV bij uw melding niet in overeenstemming met de feitelijke situatie. Voor het uitvoeren van de ontgraving of baggerwerkzaamheid dient u via het meldformulier op de ILT-website alsnog een juist (water)bodemonderzoek (geldige MHV) toe te voegen aan uw melding. U kunt bij Eurofins Analytico B.V. nieuwe certificaten opvragen. U dient op de nieuw verkregen certificaten een toetsing uit te voeren of uit te laten voeren.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

- a. Wanneer **geen ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de uw toetsing mag u starten met de werkzaamheden. U dient het aangepaste waterbodemonderzoek (geldige MHV) toe te voegen aan uw bestaande Blbi-melding.
- b. Wanneer wel **een ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de toetsing moet uw melding opnieuw door de ILT worden beoordeeld. U dient het aangepaste (water)bodemonderzoek (geldige MHV) en eventueel werkplan toe te voegen aan uw bestaande Blbi-melding. Vanwege de nieuwe beoordeling kan de start van de werkzaamheden na de wettelijke termijn van 4 weken plaats vinden. Ingangsdatum van de termijn is de datum waarop u de geldige MHV toevoegt aan uw bestaande Blbi-melding.

Situatie 2: Gemeld en gestart met werkzaamheden

U heeft bij de ILT een Blbi-melding ingediend voor het lozen vanwege ontgravingen of baggerwerkzaamheden (artikel 3.17 Blbi). In het (water)bodemonderzoek zit een certificaat van Eurofins Analytico B.V. uit bovengenoemde periode. U heeft de werkzaamheden volledig of gedeeltelijk uitgevoerd.

Op dit moment is de MHV bij uw melding niet in overeenstemming met de feitelijke situatie. Uw lozing had met de juiste certificaten mogelijk plaats moeten vinden met aanvullende maatregelen ter bescherming van het milieu. Voor het uitvoeren van de ontgraving of baggerwerkzaamheid dient u via het meldformulier op de ILT-website alsnog een juiste MHV toe te voegen aan uw melding. U kunt bij Eurofins Analytico B.V. nieuwe certificaten opvragen. U dient op de nieuw verkregen certificaten een toetsing uit te voeren of uit laten voeren.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

- a. Wanneer **geen ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de uw toetsing mag u de werkzaamheden verder uitvoeren zoals gepland. Indien de werkzaamheden gereed zijn is dat in orde. U dient het aangepaste waterbodemonderzoek (geldige MHV) toe te voegen aan uw bestaande Blbi-melding.

- b. Wanneer wel **een ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de toetsing moet uw Blbi-melding opnieuw door de ILT worden beoordeeld. De gestarte werkzaamheden moet u daarom tijdelijk stoppen. U moet het aangepaste (water)bodemonderzoek (geldige MHV) en eventueel werkplan toevoegen aan uw bestaande Blbi-melding. De wettelijke termijn van 4 weken zal bij de nieuwe beoordeling door de ILT worden aangehouden. Ingangsdatum van de termijn is de datum waarop u de geldige MHV toevoegt aan uw Blbi-melding. De ILT zal echter proberen de beoordeling zo snel mogelijk plaats te laten vinden zodat de werkzaamheden verder uitgevoerd kunnen worden.

ILT
Veiligheid en Instituties
Publieke instellingen
Infrastructuur

Datum
10 november 2023

Ons kenmerk
-

Voor het deel dat reeds uitgevoerd is zal de invloed van de lozing ingeschat moeten worden. Afhankelijk van de situatie zal worden bekeken of een herstelactie zal moeten plaatsvinden. Dit zal plaats vinden in overleg met de opdrachtgever, de waterkwaliteitsbeheerder en de ILT.

Wanneer en waar moet u de informatie op sturen?

U moet de gevraagde informatie binnen twee weken na verzending van deze brief met de ILT delen.

U kunt de informatie delen via:

Het meldformulier dat u kunt vinden op www.ilent.nl (contact/melden/meldformulier/overheidsinstanties en wabo/melding eigenwerken RWS).

Zou u zo vriendelijk willen zijn per Blbi-melding èèn meldformulier in te vullen? Heeft u meerdere Blbi-meldingen gedaan dan ontvangen we dus meerdere meldformulieren. Graag het interne kenmerk HXXXXX vernoemen in het meldformulier. U kunt het interne kenmerk vinden in de bijlage.

Wilt u meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact met mij opnemen via de e-mail [REDACTED].

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze.
DE INSPECTEUR ILT/ VEILIGHEID EN INSTITUTIES,
PUBLIEKE INSTELLINGEN, INFRASTRUCTUUR

[REDACTED]